

# 試験成績書

2019年4月22日  
株式会社バイオダイナミクス研究所

製品名: Anti-Cry j 1 mAb 026

コード番号: HBL-Ab-1-026

ロット番号: 007BJ03A

○検査方法

吸光度を測定。

○検査結果

分析項目	規格値	分析結果
IgG含量	500 $\mu$ g/ml以上	537 $\mu$ g/ml
備考		