

試験成績書

2019年3月6日

株式会社バイオダイナミクス研究所

製品名:Japanese Cedar Pollen Allergen Cry j 1, Purified

コード番号:HBL-C-1

ロット番号:004BJ03A

○検査方法

Lowry法により測定

○検査結果

分析項目	規格値	分析結果
濃度 (タンパク質含量)	100 µg/ml以上	104 µg/ml
備考		